

ゆめ 停電時の対応

ゆめは充電機能を備えておりません

1. ゆめの治療中に停電した場合

A. 治療を開始する前に停電が発生(プライミング済み)


①電源が復帰した際、**設定確認▽後 治療開始→**の初期画面に戻りますので再プライミングを行ってください。

再プライミング時に300mlほど透析液を使いますので、充分に残っているか確認してください。

B. 治療中に停電が発生した場合

①30分以内に電気が復帰した場合→自然に治療は続行されます

②30分以内に電気が復帰しない場合

→ **電圧低下** が表示されアラームがなります →  停止ボタンでアラーム止めます

→  ボタンで治療を確認して下さい →  で戻して  開始ボタンを押して再開して下さい



③30分以上～2時間以内に電気が復帰した場合

→ **電源が復帰しました** が表示される →  でアラームを止め  で治療を再開できます

* 但し停電時間は治療に含まれますので貯留時間が短くなる可能性があります。翌日の対応については主治医にご相談下さい。

④2時間以内に電気が復帰しなかった場合

→ **治療終了 除水量確認後→** が表示され治療が終了しています。

* 残りの治療と翌日の対応については、主治医にご相談下さい。

バクスター株式会社CAPDコールセンター 0120-506-440
(フリーコールは携帯電話からもご利用いただけます)